

Автоматические прессы для испытания бетона на сжатие UTC-4702 - UTC-4732



Предназначены для определения прочности бетона при сжатии.

Производитель: UTEST
Модель: UTC-4702 / UTC-4732
Страна: Турция

Соответствует требованиям стандартов: ГОСТ 10180-2012 AASHTO T22 ASTM C39 ISO EN 7500 Автоматические прессы для испытания бетона на сжатие UTEST UTC-4702.FPR / UTC-4732.FPR применяются для надежного испытания различных по размеру образцов бетона, цемента, а также кернов малых диаметров. Прессы оснащены дружелюбным пользовательским интерфейсом, который позволяет даже неопытному оператору справиться с задачей испытания образцов, и оборудованы блоком автоматического контроля и сбора данных BC-100 с сенсорным цветным дисплеем с разрешением 800x480 точек и внутренней памятью на 10000 результатов. Программное обеспечение прессов имеет заложенные алгоритмы испытаний образцов, среди которых аналоги EN 12390-3 для испытания цилиндрических и кубических образцов бетона на сжатие и EN 196-1 для испытания цементных образцов. Функциональность прессов можно расширить, укомплектовав их различными дополнительными аксессуарами: приспособлением для испытаний на изгиб, приспособлением для испытаний на раскол, центрирующим приспособлением и т.д. UTC-4701 Испытательная рама на сжатие 1100 кН (245000 фунтов) с Ø105mm (4,13 дюймов) для цилиндров ASTM & AASHTO UTC-4702 Испытательная рама на сжатие 1100 кН (245000 фунтов) с верхними подшипниковыми колодками Ø165мм (6,5 дюймов) для цилиндров ASTM & AASHTO UTC-4712 Испытательная рама на сжатие 1500 кН (335000 фунтов) с подшипниковыми колодками Ø165мм (6,5дюймов) для цилиндров ASTM & AASHTO UTC-4722 Испытательная рама на сжатие 2000 кН (450000 фунтов) с подшипниковыми колодками Ø165мм (6,5 дюймов) для цилиндров ASTM & AASHTO UTC-4732 Испытательная рама на сжатие 3000 кН (670000 фунтов) с подшипниковыми колодками Ø165мм (6,5 дюймов) для цилиндров ASTM & AASHTO

Все изображения

