

Центрифуга молочная BT8



Молочная центрифуга BT8 для определения массовой доли жира по методу Гербера в молоке и молочных продуктах по ГОСТ 5867-90, массовой доли белка в молоке по ГОСТ 25179, а также для работы в соответствии с другими ГОСТами молочной и пищевой промышленности. Корпус центрифуги и камера выполнены из нержавеющей стали, являются автоклавируемыми и стойкими к моющим и дезинфицирующим средствам.

Производитель: HUNAN LABWE
Scientific Instruments Co, Ltd
Модель: BT8
Страна: Китай

Особенности: Микропроцессорное управление с бесщеточным двигателем переменного тока; Газовый шарнир для защиты от крышки падения ; Предохранительная блокировка крышки, которая не откроется при работающем роторе, и центрифуга не будет работать при открытой крышке. Непрерывная работа в соответствии с установленным временем; Автоматическое устранение неполадок с указанием хода ошибки и сигнала тревоги на экране; Широкий выбор поворотных роторов, угловых роторов и адаптеров.

Характеристики

Электропитание	220 В / 50 Гц
Диапазон скорости, об/мин	от 0 до 2400, регулируемая
Общая вместимость	16 шт
Относительное ускорение центрифуги	от 0 до 1520 · g
Уровень шума	58 дБ
Таймер	от 1 до 99 минут, регулируемый
Диапазон температуры	до 40 °С
Габариты (Ш)х(Д)х(В), мм	490х640х400
Вес (без ротора), кг	62